



Prototyp

HŘEBENOVÝ GENERÁTOR PRO KALIBRAČNÍ MĚŘENÍ

Vzhledem k charakteru projektu a smlouvě se zadavatelem není možno zveřejnit fotografii generátoru.

- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, Č.j.:05440/10-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) je uplatňován prototyp „Hřebenový generátor pro kalibrační měření“.
- ✓ Prototyp vznikl v přímé souvislosti s řešením projektu Národního bezpečnostního úřadu NBÚ ST20082009010.

Odpovědný řešitel:

Doc.Ing.Jiří Masopust, CSc.

Spoluředitelé:

Doc.Ing. Jiří Skála, Ph.D.

Ing. Richard Linhart

Ing. Jan Mráz

Ing. Michal Pokorný

- ✓ Hřebenový generátor, sloužící ke kalibraci měřící soustavy TEMPESTS v kmitočtovém rozsahu 20 KHz – 10 GHz. Generátor je doplněn anténní soustavou pro uvedené kmitočtové pásmo.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22110 – PR001 – 2010

KONTAKTNÍ OSOBA:

Doc.Ing.Jiří Masopust, CSc.

tel.: 377634255

masopust@kae.zcu.cz

ŘEŠITELSKÉ

PRACOVISTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra aplikované elektroniky a
telekomunikací

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň